

		Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen		Level: Top 
Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5	Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026 Effective from: 23.10.2026
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				

- 1) Toelichting
- 2) Beschrijving toegepaste methode
 - 2.1) Monsterneming
 - 2.2) Analyse
- 3) Interne informatie Eurofins Agro
 - 3.1) [Link naar download locatie op de website](#)
- 4) Wijzigingen

1) Toelichting

Kolom "Omschrijving op rapport"

Op het rapport is kort aangegeven met welke methode de gerapporteerde resultaten zijn verkregen. In dit document is daar een nadere toelichting op gegeven.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de analysemethoden.

Op het rapport is met een Q aangegeven of de monsterneming en/of analyse onder accreditatie zijn uitgevoerd.

Kolom "beschrijving toegepaste methode";

In deze kolom staat het principe van de methode in het kort aangegeven. Indien daar een referentie bij staat is de werkwijze *conform* (zelfde matrix, werkwijze en prestatiekenmerken) of *gelijkwaardig aan* (zelfde matrix, vergelijkbare werkwijze en zelfde prestatiekenmerken) aan beschreven in de referentie methode.

Verwijzingen naar referentie methoden die tussen haken () zijn geplaatst, zijn alleen informatief. Dat wil zeggen; de werkwijze en/of prestatiekenmerken is minimaal gebaseerd op deze referentie methode maar er kan en mag niet officieel naar deze methode worden verwezen omdat niet wordt voldaan aan alle eisen om *conform* of *gelijkwaardig aan* te zijn.

Op verzoek wordt aan klanten onderstaande informatie inclusief de prestatie kenmerken verstrekt.

Een geprint exemplaar van dit document is alleen geldig op moment van afdruk. Vraag steeds een actueel document op.

2) Beschrijving toegepaste methode

De beschreven methoden in dit document zijn geldig voor de monstermatrix; Compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen

2.1) Monsterneming

matrix c.q. doel onderzoek	omschrijving op rapport	beschrijving van toegepaste methode
Bacteriologisch onderzoek compost	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1550	MIN 1550; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost
Bodem bouwland en grasland meststoffenwet	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1520	MIN 1520; conform Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen Bijlage A 1 Bemonsteren van de bodem
Bodemleven compost	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1321	MIN 1321; eigen Eurofins Agro methode, 5-10 grepen verdeeld over partij
Champignonvoetjes	volgens Eurofins Agro standaard MNI 68	PLA 1510: eigen Eurofins Agro methode, 2 liter verdeeld over partij
Champost uit cel	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1510	MIN 1510; eigen Eurofins Agro methode, 5 grepen verdeeld over partij
Compost certificering en meststoffenwet	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1500	MIN 1500; conform Uitvoeringsregeling meststoffen artikel 21, 9 grepen verdeeld over de partij (Gelijkwaardig aan Beoordelingsrichtlijn keurcompost)
Compostthee micro-organismen	volgens Eurofins Agro standaard VLB 1311	VLB 1311; eigen Eurofins Agro methode, 150 ml en lucht

	Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen			Level: Top 
	Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026 Effective from: 23.10.2026
Grondhopen	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1530	MIN 1530; eigen Eurofins Agro methode, 10 m boorsel verdeeld over de grondhoop		
Keurcompost	volgens Eurofins Agro standaard MNI-1505	MNI-1505; eigen Eurofins Agro methode volgens beoordelingsrichtlijn Keurcompost		
Mest en zuiveringsslib	volgens Eurofins Agro standaard MIN 2090	MIN 2090; eigen Eurofins Agro methode, 10 grepen verdeeld over partij		
Micro-organismen bodem	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1311	MIN 1311; eigen Eurofins Agro methode, W patroon, 20 steken 30 cm		
Zuiveringsslib vast meststoffenwet	volgens Eurofins Agro standaard MIN 1540	MIN 1540; eigen Eurofins Agro methode, 40 steken over gehele diepte, verdeeld over partij		

2.2) Analyse

Compost

parameter	omschrijving op rapport	beschrijving van toegepaste methode
Alen niet plantparasitair	Em: VL Oostenbrink + microscopie	eigen methode VL Oostenbrink + microscopie , Opwerking; eigen methode Nematology (1960) part II chapter 6 subbemonsteren, spoelen en incuberen, Meting; eigen methode bepalen aantal en soort (tellen en determineren)
Alen plantparasitair	Em: VL Oostenbrink + microscopie	eigen methode VL Oostenbrink + microscopie , Opwerking; eigen methode Nematology (1960) part II chapter 6 subbemonsteren, spoelen en incuberen, Meting; eigen methode bepalen aantal en soort (tellen en determineren)
Arseen (As)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
C/N-ratio	afgeleide waarde	berekening, Opwerking; n.v.t., Meting; berekening verhouding koolstof - stikstof
Cadmium (Cd)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
C-anorganisch	CAN8: Cf NEN-15936	CAN8, Opwerking; eigen methode inwegen gemalen materiaal, Meting; conform NEN-EN-ISO 15936 en CMA\2\II\A.9 elementair (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Chloride	Em: CHL1	eigen methode CHL1, Opwerking; eigen methode 1:50 extractie met water, Meting; eigen methode spectrofotometrie
Chloride	Em: WTR9	eigen methode WTR9, Opwerking; eigen methode extractie 1: 5 m/V met demi water, Meting; eigen methode (NEN-ISO 15923-1) DA spectrofotometrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Chroom (Cr)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
droge stof	Em: VAS1	eigen methode VAS1, Opwerking; eigen methode verassen en wegen, Meting; eigen methode gravimetrie
Droge stof	Em: LDS2	eigen methode LDS2, Opwerking; eigen methode drogen, Meting;

	Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen			Level: Top 
Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5	Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				Effective from: 23.10.2026

		eigen methode gravimetrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
EC	Em: WTR9	eigen methode WTR9, Opwerking; eigen methode extractie 1: 5 m/V met demi water, Meting; eigen methode conductometrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Fosfaat (P2O5)	afgeleide waarde	berekening, Opwerking; n.v.t., Meting; P uitgedrukt als P2O5, factor 2.2900
Fosfor (P)	Em: CFA8	eigen methode CFA8, Opwerking; eigen methode (NEN 7433) destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; eigen methode (NEN 7431) CF spectrofotometrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
geleidingsvermogen	Em: GVM5	eigen methode GVM5, Opwerking; eigen methode extractie 1:5 m/V met demiwater, Meting; eigen methode conductometrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Glas > 2 mm	VVC1: Cf:BRLKC/BVOR	VVC1, Opwerking; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost drogen en zeven, Meting; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost gravimetrie
Glas > 20 mm	VVC1: Cf:BRLKC/BVOR	VVC1, Opwerking; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost drogen en zeven, Meting; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost gravimetrie
Japanse duizendknoop	Em: JDK1	eigen methode JDK, Opwerking; eigen methode kiemen, Meting; eigen methode determinatie
Kali (K2O)	afgeleide waarde	berekening, Opwerking; n.v.t., Meting; K uitgedrukt als K2O, factor 1.2046
Kalium (K)	Em: ICP2:(Gw NEN 6966)	eigen methode ICP2, Opwerking; eigen methode (NEN 7433) destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; gelijkwaardig aan NEN 6966 ICP-AES (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Koolzure kalk	afgeleide waarde	berekening, Opwerking; n.v.t., Meting; berekening vanuit anorganisch koolstof
Koper (Cu)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Kwik (Hg)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Lood (Pb)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Magnesia (MgO)	afgeleide waarde	berekening, Opwerking; n.v.t., Meting; Mg uitgedrukt als MgO, factor 1.6583
Magnesium (Mg)	Em: ICP2:(Gw NEN 6966)	eigen methode ICP2, Opwerking; eigen methode (NEN 7433) destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; gelijkwaardig aan NEN 6966 ICP-AES (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Natrium (Na)	Em: ICP2:(Gw NEN 6966)	eigen methode ICP2, Opwerking; eigen methode (NEN 7433) destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; gelijkwaardig aan NEN 6966 ICP-AES
Natrium (Na2O)	afgeleide waarde	berekening, Opwerking; n.v.t., Meting; Na uitgedrukt als Na2O, factor 1.3480
Nikkel (Ni)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-

	Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen			Level: Top
	Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026 Effective from: 23.10.2026

		ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Onkruidkiemtoets	OKC1: Cf:BRLK256/04-KIWA	OKC1, Opwerking; gelijkwaardig aan KIWA Beoordelingsrichtlijn-K256 incubatie, Meting; gelijkwaardig aan KIWA Beoordelingsrichtlijn-K256 visueel (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Org. stof	Em: VAS1	eigen methode VAS1, Opwerking; eigen methode verassen en wegen, Meting; berekening uit droge stof - ruw as (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Overige veront. > 2 mm	VVC1: Cf:BRLKC/BVOR	VVC1, Opwerking; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost drogen en zeven, Meting; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost gravimetrie
pH-CaCl	Em:PHC3(Cf NEN ISO 10390)	eigen methode PHC3, Opwerking; eigen methode NEN-ISO 10390 extractie met CaCl ₂ -oplossing 1:10 m/v, Meting; conform NEN-ISO 10390 potentiometrie
pH-KCl	PHK1: Cf NEN ISO 10390	PHK1, Opwerking; conform NEN-ISO 10390 extractie met KCl oplossing 1:5 v/v, Meting; conform NEN-ISO 10390 potentiometrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
pH-water	Em: PHW4	eigen methode PHW4, Opwerking; eigen methode extract in water 1:5 m/m, Meting; eigen methode potentiometrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Plastic > 2 mm	VVC1: Cf:BRLKC/BVOR	VVC1, Opwerking; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost drogen en zeven, Meting; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost oppervlakte bepaling
Ruw as	Em: VAS1	eigen methode VAS1, Opwerking; eigen methode verassen en wegen, Meting; eigen methode gravimetrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Stabiliteit	SBC2: Cf BRLKC/BVOR	SBC2, Opwerking; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost incubatie in voedingswater, Meting; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost respiratiemethode
Steen > 5 mm	VVC1: Cf:BRLKC/BVOR	VVC1, Opwerking; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost drogen en zeven, Meting; conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost gravimetrie
Stikstof (N-totaal)	Em: REW2	eigen methode REW2, Opwerking; eigen methode destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; eigen methode titrimetrie (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
vocht	Em: VAS1	eigen methode VAS1, Opwerking; eigen methode verassen en wegen, Meting; eigen methode gravimetrie
voorbehandeling	--	voorbewerking; al naar gelang uit voeren analyses koel bewaren, mengen, onderbemonsteren en/of tot luchtdroog drogen bij 70 C en malen
ZBW	ZBW1: Gw NEN-EN-12945	ZBW1, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN-EN 12945 koken met zuur, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN 12945 titrimetrie uitgedrukt als CaO
Zink (Zn)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS (conform BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)
Zwavel (S)	Em: STT6	eigen methode STT6, Opwerking; eigen methode microwave onsluiting met salpeterzuur, Meting; eigen methode ICP-MS (NEN-EN-ISO 17294-2) (gelijkwaardig aan BVOR Beoordelingsrichtlijn Keurcompost)

Zuiveringsslib

parameter	omschrijving op	beschrijving van toegepaste methode
-----------	-----------------	-------------------------------------

	Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen			Level: Top 
Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5	Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				Effective from: 23.10.2026

	rapport	
Arseen	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Cadmium	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Chroom	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Droge stof	VAS3: Gw NEN-EN 12880	VAS3, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN-EN 12880 (2001) drogen en wegen, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN 12880 (2001) gravimetrie
Droge stof	Em: LDS2	eigen methode LDS2, Opwerking; eigen methode drogen en wegen, Meting; eigen methode gravimetrie
Fosfaat (P2O5)	afgeleide waarde	CFA8, Opwerking; destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; eigen methode P uitgedrukt als P2O5, factor 2.2900
Fosfor (P)	Em: CFA8	eigen methode CFA8, Opwerking; eigen methode (NEN 7433) destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; eigen methode (NEN 7431) CF spectrofotometrie
geleidingsvermogen	Em: GVM5	eigen methode GVM5, Opwerking; eigen methode extractie met demi water, Meting; eigen methode conductometrie
Koper	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Kwik	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Lood	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Nikkel	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Org. Stof	VAS1: Gw NEN-EN 12879	VAS1, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 verassen en wegen, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 gravimetrie
Org. stof	VAS3: Gw NEN-EN 12879	VAS3, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 verassen en wegen, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 gravimetrie
pH water	Em: PHW4	eigen methode PHW4, Opwerking; eigen methode extract in water 1:5 m/v, Meting; eigen methode potentiometrie
pH water	Em: PHW5	eigen methode PHW5, Opwerking; eigen methode geen, Meting; eigen methode potentiometrie
pH-KCl	Em: PHK1	eigen methode PHK1, Opwerking; eigen methode extract in KCl oplossing 1:5 m/v, Meting; eigen methode potentiometrie
Ruw as	VAS1: Gw NEN-EN	VAS1, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935

	Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen			Level: Top
	Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026 Effective from: 23.10.2026
	12879	verassen en wegen, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 gravimetrie		
Ruw as	VAS3: Gw NEN-EN 12879	VAS3, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 verassen en wegen, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 / 15935 gravimetrie		
Stikstof (N-totaal)	Em: REW2	eigen methode REW2, Opwerking; eigen methode destructie met geconcentreerd zwavelzuur, Meting; eigen methode titrimetrie		
Zink	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS		

Grond

parameter	omschrijving op rapport	beschrijving van toegepaste methode
Arseen (As)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Cadmium (Cd)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Chroom (Cr)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Klei fractie < 2 um	LUT2: Gw NEN 5753	LUT2, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN 5753 verwijderen organisch materiaal en zouten, Meting; gelijkwaardig aan NEN 5753 dichtheidsmeting, sinds 1-9-2026 pipetmethode gravimetrisch
Koper (Cu)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Kwik (Hg)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Lood (Pb)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Lutum	LUT2: Gw NEN 5753	LUT2, Opwerking; gelijkwaardig aan NEN 5753 verwijderen organisch materiaal en zouten, Meting; gelijkwaardig aan NEN 5753 dichtheidsmeting, sinds 1-9-2026 pipetmethode gravimetrisch
Nikkel (Ni)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS
Org stof	Em:VAS1	eigen methode VAS1, Opwerking; eigen methode verassen en wegen, Meting; eigen methode gravimetrie
Ruw as	Em:VAS1	eigen methode VAS1, Opwerking; eigen methode verassen en wegen, Meting; eigen methode gravimetrie
Zink (Zn)	Em: KNW6 (Cf:6961/Gw:16965)	eigen methode KNW6, Opwerking; conform NEN 6961 Hotblock onsluiting met koningswater, Meting; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16965 ICP-MS

3) Interne informatie Eurofins Agro

Informatie in onderstaande paragrafen is alleen bedoeld voor intern gebruik door Eurofins Agro.

	Always check on-line for validity. beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen			Level: Top 
Document number: ALG-DO-27	Editor: RYT3	Responsible: WMQHSE	Version: 5	Approved by: KUY7, R6TC, RYT3 19.10.2026
Document users: WAM, WCS, WDEV, WLS, WMD, WSA, WMALS, WTLALL				Effective from: 23.10.2026

Op verzoek wordt aan klanten onderstaande informatie inclusief de prestatie kenmerken verstrekt. Deze zijn te vinden in bestand [ALG-DO-27A](#)

3.1) Link naar download locatie op de website

Publicatie op

<https://www.eurofins.com/nl-nl/agro-testing/>

als download onder

<https://www.eurofins.com/nl-nl/agro-testing/contact-eurofins-agro-nederland/kwaliteitswaarborging/>

en publicatie op

[Eurofins Agro Testing Netherlands](#)

als download onder

[Quality Assurance](#)

4) Wijzigingen

V5; Omschrijvingen en/of prestatiekenmerken diverse methoden, zie comment in D4 document in [ALG-DO-14](#)

V4; Pres kenmerken diverse methoden, zie comment in D4 document in [ALG-DO-14](#)

Review checklist toegevoegd

V3; - toelichting en opmaak verduidelijkt

- ontbrekende/nieuwe informatie en/of parameters toegevoegd

- gemelde wijzigingen verwerkt

V2 Herziene versie n.a.v. methodewijzigingen sinds voorgaande versie van 27-07-2022

4.1 Review checklist is opgenomen in [ALG-DO-14](#)

[ALG-DO-14 Prestatiekenmerken](#)

[ALG-DO-27A Beschrijving van toegepaste methoden bij compost, zuiveringsslib en grond in kader overige meststoffen inclusief prestatiekenmerken](#)

End of document

Version history

Version	Approval	Revision information	
3	30.10.2024		
4	16.07.2025		
5	19.10.2026		