

ANNEX TÈCNIC:**ABAST DE L'HABILITACIÓ D'ENTITAT HABILITADA COM A LA-A**REVISIÓ: 09
DATA: 06.03.2026Oficina
d'**Acreditació**
d'Entitats
Col·laboradores

ENTITAT

EUROFINS IPROMA, SLUNÚM. D'INSCRIPCIÓ REGISTRE
(NÚM. D'HABILITACIÓ)**041-LA-A-R**Habilitació per reconeixement de l'acreditació: ENAC núm. [103/LE1693](#)**DATA HABILITACIÓ INICIAL**¹: 15.04.2016**DATA VIGÈNCIA:** L'habilitació mantindrà la seva vigència fins a notificació en sentit contrari

PARÀMETRE	MÈTODE	OBSERVACIONS	DELEGACIÓ TÈCNICA
Partícules sòlides totals	EN 13284-1	---	2
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V	EN 14385	---	1
Hg	EN 13211	El pretractament es realitzarà segons l'apartat 7.8 de la norma UNE-EN 13211 S'analitzarà el paràmetre d'acord a procediment propi	1
Clorurs gasosos expressats com HCl	EN 1911	Anàlisi d'acord a la norma UNE EN 10304-1 si es realitza per cromatografia d'intercanvi iònic (mètode C)	2
Fluorurs gasosos	ISO 15713	---	2
Hidrocarburs aromàtics policíclics	ISO 11338-2	Habilitació per norma o per mètode propi	2
Òxids de sofre com a SO ₂	EN 14791	També es poden determinar com a UNE 77216 o 77226	2
Compostos orgànics volàtils individuals (COV)	CEN/TS 13649	Habilitació per norma o per mètode propi	2
Formaldehid	VDI 3862 part 3	---	2
Amoníac	EN ISO 21877	Mètode d'anàlisi segons ISO 7150-1 o ISO 14911	2
Àcid sulfhídric	ICAS Mètode 701	Habilitació per norma o per mètode propi	2
Òxids de nitrogen (com a NO ₂)	EPA 7	Habilitació per norma o per mètode propi	2
Partícules sedimentables	Annex V de l'Ordre del 10 d'agost de 1976	Es pot adaptar el mètode amb l'evaporació a sequedat de la fracció soluble a l'estufa a 100 °C	2

¹ Correspon a la data de la primera inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores de medi ambient.

ANNEX TÈCNIC:	ABAST DE L'HABILITACIÓ D'ENTITAT HABILITADA COM A LA-A	REVISIÓ: 09 DATA: 06.03.2026	 Oficina d' Acreditació d'Entitats Col·laboradores
ENTITAT	EUROFINS IPROMA, SLU		
NÚM. D'INSCRIPCIÓ REGISTRE (NÚM. D'HABILITACIÓ)	041-LA-A-R		

PARÀMETRE	MÈTODE	OBSERVACIONS	DELEGACIÓ TÈCNICA
DIRECCIÓ TÈCNICA ² Sra. Blanca San Vicente de la Riva			
DELEGACIONS TÈCNIQUES			
1. C/ Lituània nº 6-8; 12006 Castellón de la Plana (Castellón) 2. Avenida de los Pirineos, nº 9, nave 17; 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)			

L'abast de l'habilitació inclou:

- En relació amb els paràmetres inclosos en la IT-200-A: totes les determinacions analítiques dels contaminants que consten en aquest annex tècnic i utilitzant únicament els mètodes indicats en aquest annex.
- En relació amb la resta de paràmetres que no estan inclosos en la IT-200-A però que estan inclosos en l'abast de l'acreditació d'ENAC núm. 103/LE1693: totes les determinacions analítiques dels contaminants i amb els mètodes que consten en l'abast de l'acreditació esmentada.

² Les dades identificatives de la direcció tècnica es publiquen al web si la persona interessada dona el seu consentiment (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals).

