



臨床検査室 認定証

認定番号 RML02040

機 関 名 称 : GeneTech株式会社
かずさラボトリー

所 在 地 : 千葉県木更津市かずさ鎌足 2-6-7
公益財団法人かずさ DNA 研究所研究棟 4 階

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに臨床検査室として認定します。

適 用 基 準 : ISO 15189 : 2012 (英和対訳版)

認 定 範 囲 : 附属書による。

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2027 年 10 月 31 日

改定日 2023 年 7 月 20 日

更新日 2023 年 11 月 1 日

初回認定日 2019 年 10 月 17 日

公益財団法人
日本適合性認定協会

理事長

飯塚悦功

飯 塚 悦 功



認定証 附属書

(1/1 頁)

認定番号 RML02040

機 関 名 称 : GeneTech株式会社
かずさラボラトリー

事 業 所 名 称 : GeneTech株式会社 かずさラボラトリー

事 業 所 所 在 地 : 千葉県木更津市かずさ鎌足 2-6-7

公益財団法人かずさ DNA 研究所研究棟 4 階

認定範囲に一次サンプル（試料）採取を含まない

認 定 範 囲 :

項目	サンプル種類	測定方法
非基幹項目		
17 遺伝子関連・染色体検査		
d 生殖細胞系列遺伝子検査		
遺伝学的検査	血液	GeneTech NIPT 次世代シーケンサーを用いて母体血中の Cell-free DNA を解析し、無侵襲的に胎児の 染色体数の異常（13, 18, 21 番染色体のトリソ ミー）を検出する検査

公益財団法人
日本適合性認定協会